



Kup, dn. 26 czerwca 2020r.

## Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku. Nr sprawy ZP/11/2020.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zestaw nr 4 poz. 4-6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

2. Zestaw nr 4 poz. 4, 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym maseczek pakowanych po 50 sztuk?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia i zaoferowania wymaganych ilości.**

3. Zestaw nr 4 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie czepków formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem przeliczenia i zaoferowania wymaganych ilości.**

4. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy, par. 6 pkt 2 - Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:

- Zestaw nr 2, poz. 2 – cewnik pH-Z jednorazowego użytku,
- Zestaw nr 2, poz. 5 – roztwór do kalibracji cewnika pH 1.07
- Zestaw nr 1, poz. 6 – roztwór do kalibracji cewnika pH 7.01

Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, będące przedmiotem postępowania przetargowego, są wysokospecjalistycznymi wyrobami medycznymi jednokrotnego użytku, produkowanymi poza obszarem Unii Europejskiej, które będą sukcesywnie dostarczane do Zamawiającego przez okres 12 miesięcy. Producent deklaruje dla ww. wyrobów 12-miesięczny termin przydatności liczony od daty produkcji. Biorąc pod uwagę fakt, że termin dostawy jest kryterium ocenianym i nie może być dłuższy niż 3 dni) nie jest możliwe zapewnienie wymaganego 12-miesięcznego terminu przydatności liczonego od dnia dostawy.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza termin przydatności do użycia 6 miesięcy w przypadku produktów opisanych w zestawie nr 2 poz.: 2, 5 i 6.**



5. Załącznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy, par. 7 pkt 1 - Zwracamy się z prośbą o następującą zmianę zapisów umowy:

jest: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości **5% łącznej wartości przedmiotu umowy brutto**,

Proponowana zmiana: Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: z tytułu rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od niej, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości **5% wartości niewykonanej części umowy brutto**,

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę powyższych zapisów.**

6. Zestaw nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch tylko w kolorze zielonym?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza fartuchy we wszystkich kolorach.**

7. Zestaw nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

8. Zestaw nr 4, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z przodu i na rękawach z fizeliny foliowanej o gramaturze 39g/m<sup>2</sup> oraz z tyłu z włókniny niepodfoliowanej o gramaturze 27g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

9. Zestaw nr 4, pozycja 4, 5 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

10. Zestaw nr 4, pozycja 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

11. Zestaw nr 4, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści czepek dostępny w kolorze zielonym i niebieskim?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

12. Dot. Zestawu nr 1 poz. 14 - czy Zamawiający dopuści szczytce biopsyjne o rozwarciu łyżeczek 6,5mm do endoskopów z minimalną średnicą kanału roboczego 2,8 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

13. Dot. Zestawu nr 1 poz. 16 - w celu poszerzenia możliwości terapeutycznych prosimy o dopuszczenie (obok wymaganych) szczytce biopsyjnych jednorazowego użytku; łyżeczki owalne o powiększonej objętości; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczytce; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**



14. Dot. Zestawu nr 1 poz. 17 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnej jednorazowej dwustronnej szczoteczki do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; szczoteczka posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm; długość robocza 950mm (50 sztuk w opakowaniu)

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

15. Dot. Zestawu nr 1 poz. 18 - czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnej jednorazowej dwustronnej szczoteczki do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; szczoteczka posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; długość robocza 2200mm; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu)

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

16. Dot. kryterium oceny ofert, projektu umowy par. 6 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu załatwienia reklamacji w dni robocze?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

17. Czy w przypadku zestawów, w których oferowane będą wyroby medyczne a nie leki, Zamawiający zastąpi w projekcie umowy słowa „leki” słowami „wyroby medyczne” (np. par 2 ust. 2, par. 6 ust. 3, 5, 6, par. 7 ust. 2 pkt. 1, ust. 6, 7)?

**Odp.: Zamawiający informuje iż nastąpiła omyłka pisarska, w związku z powyższym w projekcie umowy słowa „leki” zostaną zastąpione słowami „produkty”.**

18. Czy Zamawiający dopuszcza pakiet nr.4 rozdzielić na części -poz1,3,7 do złożenia oferty

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

19. Czy kolor włókniny może być w całości biały lub zielony?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

20. Czy na poz.1.3.7 wymagane są normy ,czy zamawiający dopuszcza OEKO-TEX na włókninę

**Odp.: Zgodnie z zapisami w SIWZ, Zamawiający wymaga by oferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia winny być dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych co oznacza, że winno zostać dokonane Zgłoszenie/Powiadomienie/Wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla każdej zaoferowanej pozycji asortymentowej będącej wyrobem medycznym, a tym samym Wykonawca winien dysponować formularzami Zgłoszenia/Powiadomienia/Wpisu do Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych potwierdzającymi ten fakt**

21. Czy termin dostawy można ustalić indywidualnie z racji tego, że jesteśmy producentem i wyroby te wykonamy na zamówienie

**Odp.: Zapisy dot. terminu dostawy partii przedmiotu zamówienia pozostają jak w SIWZ.**

PREZES ZARZĄDU  
Marek Drobnik