



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 3 sierpień 2018r.

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35

### Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawa wyrobów medycznych i artykułów jednorazowego użytku w zestawach od 1 do 31. Nr sprawy ZP/4/2018.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zestaw nr 8, Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymagania siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

2. Zestaw nr 8, Poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „lateksowy, silikonowany” oznacza wymóg zaferowania cewników, które są pokryte zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe cewki moczowej i pęcherza moczowego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

3. Zestaw nr 8, Poz. 2 - Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „dł. cewników standardowa” oznacza - analogicznie do cewników z poz. 1 - wymóg zaferowania cewników o dł. 40cm (+/- 1cm) dla mężczyzn i 24cm (+/- 1cm) dla kobiet.

**Odp.: TAK, „dł. cewników standardowa” oznacza - analogicznie do cewników z poz. 1 - wymóg zaferowania cewników o dł. 40cm (+/- 1cm) dla mężczyzn i 24cm (+/- 1cm) dla kobiet.**

4. Zestaw nr 8, Poz. 2 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki 100% silikon, będą przeznaczone do długotrwałego utrzymania ?

**Odp.: TAK, cewniki 100% silikon, będą przeznaczone do długotrwałego utrzymania.**

5. Zestaw nr 8, Poz. 2 - Jeżeli tak - prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na ich przeznaczenie do długotrwałego użytkowania, powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące produkt. Jeżeli nie - to czy powinny one być oznaczone na samym wyrobie minimum poniższymi danymi identyfikującymi: producent /logo/ lub nr katalogowy, nr serii lub data ważności lub inne dane wskazane przez Zamawiającego, które to informacje pozwolą na wypełnienia przez Zamawiającego wymogu wynikającego z zapisów Art. 74 ust. 6 Ustawy o wyrobach medycznych, odnoszącego się do identyfikacji wyrobu medycznego, określającego jego pochodzenie, związanego z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**



*Handwritten signature or mark.*



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



6. Zestaw nr 8, Poz. 3-4 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki Nelatona i Tiemana, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, - w opakowanie typu folia-papier, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Convatec-Unomedical /Dania/, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

7. Zestaw nr 15, Poz. 2-3 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania jednorazowego użytku, sterylne, pakowane papier-folia. Wymagane na opakowaniu indywidualnym: data ważności, data produkcji, numer serii nazwa producenta, opisy w języku polskim. Wykonane z nietoksycznego, nie drażniącego, miękkiego PCV odpornego na załamania i skrócenie się końcówka lekko zaokrąglona. Każdy rozmiar w innym kolorze, kod rozmiaru barwny, 1 otwór centralny i min. 2 boczne, w rozmiarach wskazanych w siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Convatec-Unomedical /Dania/, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

8. Zestaw nr 19, Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki Guedela, wykonane z innego niż wskazany w siwz materiału pozbawionego DEHP i innych szkodliwych substancji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

9. Zestaw nr 19, Poz. 1 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki Guedela, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zwiększa bezpieczeństwo ich użytkowania.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

10. Zestaw nr 19, Poz. 2 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki bez mankietu - pediatryczne, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowane co min. 0,5cm ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

11. Zestaw nr 19, Poz. 3 - Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki z mankiem, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowane co min. 1cm.

**Odp.: TAK, rurki z mankiem, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowane co min. 1cm.**

12. Zestaw nr 19, Poz. 2-3 - Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki powinny być wykonane z medycznej jakości PCV, silikonowanego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

13. Zestaw nr 20, Poz. 4-7 - Prosimy o wydzielenie igieł do znieczuleń do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert wielu Wykonawcom, w tym także producentowi wskazanych igieł firmie Balton lub jej dystrybutorom, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

14. Czy Zamawiający w pozycji 5 zadania nr 7 dopuści zaoferowanie szczoteczek o długości 120 cm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

15. Czy Zamawiający w pozycji 8 zadania nr 7 zaoferowanie szczypiec o długości 1600- do 2300 mm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



16. Czy Zamawiający w pozycji 9 Zadania nr 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosia 20 mm, długość robocza 1800 mm i 2300 mm.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

17. Zestaw nr 25 poz.1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do USG w butelce o średnicy do 6,5 cm przy pozostałych parametrach bez zmian.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

18. Zestaw nr 25 poz.6 - Czy Zamawiający dopuszcza w ww. pozycji papier kompatybilny (tj. producenta innego, niż producent aparatu) czy też wymaga papieru oryginalnego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.**

19. Projekt umowy – §3 ust. 1 - Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp.: Zamawiający nie określa minimalnego zakresu zamówienia.**

20. SIWZ rozdział III pkt 6 ppkt 1) - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania próbek na wezwanie dla pakietu nr 25 poz. 9-15. W powyższych pakietach jest asortyment wielorazowego użytku, dość kosztowny i często na zamówienie. Czy w związku z tym dla pakietów nr 25 poz.9-15 Zamawiający dopuści złożenie katalogów z dokładnym opisem i zdjęciem zamiast składania kosztownej próbek?

**Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu składania próbek na wezwanie dla pakietu nr 25 poz. 9-15.**

21. Projekt umowy – §7ust. 1.1), §7 ust 2 - Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 7 ust. 1.1) projektu umowy zamiast zwrotu „łącznej wartości przedmiotu umowy brutto” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”.

Wskazanie 5% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziła do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
Tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

22. Projekt umowy: §7 ust. 1.1), §7 ust 2- Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych:

- z tytułu rozwiązania umowy w tym odstąpienia od niej z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,

jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 2% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

23. Projekt umowy – §7 ust. 1.2) - Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy artykułów jak wygórowanej i niewspółmiernie wysokich do poziomu 2% wartości brutto dostawy objętej opóźnieniem.

Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

24. Pakiet nr 3 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz w kolorze ciemno zielonym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

25. Pakiet nr 3 pozycja 1 – 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'200 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

26. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 poz. 6 do osobnego pakietu? Wydzielenie pozycji do osobnego pakietu umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

27. Zestaw 6, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkownika przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

28. Zestaw 6, poz. 1-3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek, których zewnętrzna warstwa na całej powierzchni – łącznie z partiami bocznymi produktu (100% powierzchni produktu) jest zbudowana z paroprzepuszczalnego laminatu, tworząc tzw. "oddychającą" warstwę zewnętrzną? Specjalna struktura warstwy zewnętrznej sprawia, że przepuszcza ona powietrze, ale nie przepuszcza cieczy, właściwość ta minimalizuje możliwość powstawania odparzeń i podrażnień, zmniejsza również ryzyko powstania odleżyn; dodatkowo tekstylnie podobne włókninowe pokrycie daje przyjemne odczucie w trakcie noszenia produktu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



29. Zestaw 6, poz. 4: czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci o przedziale wagowym 8-18kg lub 9-20kg?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

30. Zestaw 6, poz. 4: Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH oraz pozytywnej opinii IMiD na pieluszki dla dzieci, które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

31. Dot. projektu umowy - Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.: TAK.**

32. Dot. projektu umowy, Par. 7 ust. 1 ppkt 1): czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej wartości umowy brutto?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

33. Dot. projektu umowy, Par. 7 ust. 1 ppkt 2): czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niedostarczonego na czas towaru?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

34. Dot. projektu umowy - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

35. Pytanie do zestawu 31 poz. 2 - Komora inhalacyjna antystatyczna z maską (rozmiar S-L). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oznaczenia rozmiaru masek określające przedział wiekowy pacjenta dla którego dostosowana jest wielkość maski.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

36. Pytanie do zestawu 31 poz. 3 - Komora inhalacyjna antystatyczna z ustnikiem, wielorazowego użytku, nadająca się do sterylizacji. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu antystatycznej powłoki komory inhalacyjnej.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu antystatycznej powłoki komory inhalacyjnej.**

37. Pytanie do zestawu 31 poz. 4 - Komora inhalacyjna antystatyczna z maską, wielorazowego użytku, nadająca się do sterylizacji. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu antystatycznej powłoki komory inhalacyjnej.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu antystatycznej powłoki komory inhalacyjnej.**

38. Zestaw 24, pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę filtrującą, twarzową. Chroni przed wirusami i bakteriami przenoszonymi drogą powietrzną, w szczególności do zastosowania medycznego. Spełniająca wymagania norm EN14683:2005, Klasa Typ IIR, zgodna z Dyrektywą o Sprzęcie Ochrony Osobistej 89/686/EEC. Klasa I Dyrektywa o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC; Kod UMDNS: 15-230 zgodna z wymaganiami ISO 9001:2008, skuteczność filtracji 99,99 %, odporność na przesiąkanie > 160 mm Hg. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmasek. Pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowana po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



39. Zestaw 24, pozycja 2- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę chirurgiczną z dodatkową osłoną na oczy.

- Osłona wykonana jest ze specjalnej folii, odpornej na zaparowywanie, nie ograniczającej pola widzenia i nie zniekształcającej obrazu.
- Wykonana z czterech warstw niepyłającej i hipoalergicznnej włókniny
- Wyposażona w troki do wiązania wokół głowy.
- Kształtka na nos zapewniająca szczelność dopasowania.
- Wysoka wydajność filtracji i niskie opory oddechu zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i komfort
- Wykonana z włókniny z środkową warstwą w postaci filtra o wysokiej efektywności filtracji 99,99%
- Ciśnienie różnicowe: 32,78 mm Pa/cm<sup>2</sup>
- Odporność na rozpryski: >120 mm Hg
- Spełnia wymagania normy EN 14683 dla masek chirurgicznych (typ IIR) - wodoodporne
- Opakowanie 25 sztuk w formie dyspenseru z możliwością pojedynczego wyjmowania?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

40. Zestaw 24, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 1 fartuch o parametrach: Jałowy fartuch do przygotowywania cytostatyków wykonany z włókniny SMS TNT o gramaturze min. 50g/m<sup>2</sup>, bawełniane mankiety, foliowany przód i rękawy stanowiące barierę, zgodne z wymaganiami normy EN 14126:2004, EN 14605:2009 (Chlorowodorek dokсорubicyny - klasa 6, Chlorowodorek daunorubicyny - klasa 6, Siarczan Winkrystyny - klasa 6, Karmustyna - klasa 6, Monohydrat cyklofosfamidu - klasa 6, Fluorouracyl - klasa 6), wyniki badań przedstawione na każdym opakowaniu jednostkowym. Sposób wiązania-skrzyżowany za pomocą troków. Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej w kategorii III. Dostępny rozmiar: M, L, XL, XXL. Opakowanie typu papier/ folia.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

41. Zestaw 24, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę ochronną Klasy I Dyrektywa o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC; Kod UMDNS: 112-458

- Typ II R (odporna na przesiąkanie), zgodna z normą EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych o skuteczności filtracji efektywności filtracji 99,88%
- Wyposażona w dodatkową taśmę zapobiegającą parowaniu okularów.
- Troki do wiązania wokół głowy.
- Kształtka na nos zapewniająca szczelność dopasowania.
- Ciśnienie różnicowe: 30,88 Pa/cm<sup>2</sup>
- Odporność na rozpryski: >120 mm Hg
- Zewnętrzna warstwa: wodoodporna włóknina polipropylenowa, Wewnętrzna warstwa: miękka włóknina polipropylenowa, przyjazna skórze, niealergiczna, Media filtrujące: mikrofibra wykonana w procesie melt-blown
- Wysoka wydajność filtracji i niskie opory oddechu zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i komfort
- Opakowanie 50sztuk ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

42. Zestaw 26, pozycja 6 - Czy zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną za zwłoki z możliwością naniesienia danych osobowych imię i nazwisko, pesel, data i godzina zgonu, foliowa o dł. 7 szer. 6 łączną dł. paska 24,3 lub 24,8?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarka 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



43. Zestaw 26, pozycja 7 - Czy zamawiający dopuści na płyny fizjologiczne o po 100 ml?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

44. Zestaw 27, pozycja 10 - Czy zamawiający kieliszek j. u. bez pokrywki, opak. 75 szt.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

45. Zestaw 27, pozycja 13 - Proszę o doprecyzowanie o określenie do jakich ssaków?

**Odp.: Zamawiający posiada różne rodzaje ssaków, istotną sprawę stanowi komin (kanister), zdaniem Zamawiającego nie ma konieczności określania rodzajów ssaków.**

46. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 wymaga zaoferowania produktu jednego producenta w poz. 1-5 oraz 12-16 w celu zachowania pełnej kompatybilności strzykawkę względem siebie?

**Odp.: TAK, Zamawiający wymaga.**

47. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 wymaga wyceny strzykawkę (poz. 1-5, 12-16) tego samego producenta co igły (poz. 6-9 i 27-31) w celu zachowania pełnej kompatybilności?

**Odp.: TAK, Zamawiający wymaga.**

48. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 10-11 dopuści do zaoferowania powszechnie stosowanej strzykawkę trzyczęściowej 50ml MARGOMED, używanych obecnie w Państwa placówce, w pełni kompatybilnych z pompami infuzyjnymi, pakowanych x 85 szt.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

49. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 1 dopuści do zaoferowania strzykawkę 2 ml z rozszerzeniem skali do 2,5 ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

50. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 3 dopuści do zaoferowania strzykawkę 10 ml z rozszerzeniem skali do 11 ml?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

51. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 25 wyrazi zgodę na wycenę igły lędźwiowej w rozmiarze 1,3x88mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

52. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 27-31 wyrazi zgodę na wycenę igieł w opakowaniu x 100szt. Z przeliczeniem ilości?

**Odp.: TAK.**

53. Czy Zamawiający w zestawie nr 1 poz. 4 wyrazi zgodę na wycenę strzykawkę o pojemności 20ml o tłoku z płaskim zakończeniem, umożliwiającym wypchnięcie leku do końca?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

54. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w zestawie 1 poz. 8 wymaga wyceny 12 opakowań czy 6 opakowań igły w rozmiarze 2,1x40mm?

**Odp.: Zamawiający wymaga wyceny 12 opakowań.**

55. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w zestawie 1 poz. 10 wymaga wyceny 800 opakowań czy 800 sztuk?

**Odp.: Zamawiający wymaga wyceny 800 szt.**

56. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający w zestawie 1 poz. 11 wymaga wyceny 1500 opakowań czy 1500 sztuk?

**Odp.: Zamawiający wymaga wyceny 1500 szt.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chrościcach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



57. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

58. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- 1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy brutto;
- 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy artykułów, w wysokości **0,5%** wartości tejże dostawy brutto, **jednak nie więcej niż 10% wartości tejże dostawy brutto.**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

59. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 7 ust. 10 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody**

60. Zestaw nr 1 - czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 17-20 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zestawie?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

61. Zestaw nr 1 - POZ. 20 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałowa - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory 62mm, filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania długości komory w części przezroczystej 62mm.**

62. Zestaw nr 1 - Poz. 19 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 8,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania długości komory 9cm.**

63. Zestaw nr 1 - Poz. 19,20 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepeku na zacisku rolkowym?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

64. Zestaw nr 1 - Poz. 19 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**





SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



65. Zestaw nr 1 - Poz. 19 czy zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu jednostkowym z wyraźnie zaznaczoną datą ważności w kolorze niebieskim?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

66. Zestaw nr 1 Poz. 20 czy zamawiający dopuści przyrząd o dł. komory całkowitej 62 mm?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

67. Zestaw nr 1 - Poz.20 Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

68. Zestaw nr 13 poz. 1 Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, dren zakończony twardą kanką z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

69. Zestaw nr 13 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

70. Zestaw nr 13 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1,2,4 do osobnego pakietu?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

71. Zestaw nr 14 poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

72. Zestaw nr 14 Poz. 1 Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

73. Zestaw nr 14 Poz. 1 czy zamawiający dopuści fartuch wyłącznie w kolorze zielonym?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

74. Zestaw nr 14 Poz. 2 czy zamawiający dopuści wycenę za opak. 100 szt. z przeliczeniem?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

75. Zestaw nr 14 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 3?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

76. Zestaw nr 14 poz. 4,5 Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, pozostałe wymagania zgodnie z siwz?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

77. Zestaw nr 14 Poz. 4,5 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 50 szt z przeliczeniem?

**Odp.: TAK.**

78. Zestaw nr 14 Poz. 6,7 czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak.100szt z przeliczeniem?

**Odp.: TAK.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chrósćicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



79. Zestaw nr 14 Poz. 3 czy zamawiający dopuści fartuch podfoliowany o gram. 35 g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

80. Zestaw nr 15 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 1,5,6?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

81. Zestaw nr 15 poz. 1 Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu przez nos typu „wąsy” o długości 200 cm, j.u., pakowany indywidualnie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

82. Zestaw nr 15 Poz. 1 czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o innym numerze REF niż podany w opisie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

83. Zestaw nr 15 Poz. 5,6 czy zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z rezerwuarem wykonaną z PCV?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

84. Zestaw nr 18 Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 4,5,6?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

85. Zestaw nr 18 Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz.8?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

86. Zestaw nr 18 poz. 6 czy zamawiający dopuści podkład ochronny 51 cm x 50 cm po 80 szt w rolce wykonany z dwóch warstw bibuły i jedne warstwy folii, w różnych kolorach z motywami dziecięcymi?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

87. Zestaw nr 18 Poz. 5 czy zamawiający dopuści rolki wyłącznie w kolorze białym?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

88. Zestaw nr 18 Poz. 5 Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłaniałości?

**Odp.: Zamawiający nie wymaga.**

89. Zestaw nr 18 Poz. 5 Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

**Odp.: TAK, Zamawiający wymaga.**

90. Zestaw nr 18 Poz. 5 Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielnej folię?

**Odp.: TAK, Zamawiający wymaga.**

91. Zestaw nr 18 Poz. 5 Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcyjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



92. Zestaw nr 27 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 3,5,7,10,15?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

93. Zestaw nr 27 poz. 5 czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

94. Zestaw nr 27 Poz. 23 czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu poz. 23?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

95. Zestaw nr 27 poz. 23 Komplet pościeli medycznej z włókniny 25g / m<sup>2</sup>, jednorazowego użytku, niejałowy, prześcieradło 150x210, poszewka kołdra 160x210, poszewka poduszka 70x80?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

96. Zestaw nr 7, poz. 9 W związku z tym, że uniwersalne szczoteczki do czyszczenia kanałów sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk, czy Zamawiający zgodzi się zwiększyć wymaganą ilość do 1 opakowania (50 sztuk)?

**Odp.: TAK.**

97. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych do następujących:  
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w prawidłowej realizacji każdorazowej dostawy artykułów, w wysokości 1% wartości tejże dostawy brutto.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

98. Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w zadaniu 7 w poz. 4 (Filtr bakteryjny do ssaka) produktu który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego produktu dokumentów o których mowa w Rozdz. III pkt. 6.2).

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

99. §7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dot. kar umownych z „w wysokości 5% wartości tejże dostawy brutto” na „w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto”?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

100. Zestaw 3, poz. 1 oraz poz. 2 Prosimy o dopuszczenie możliwości przyjęcia za jednostkę miary op.=200szt. i odpowiednie przeliczenie ilości zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale III, pkt. 8 SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

101. Zestaw 10, poz. 1-2 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie zawierające 100 sztuk? Błony nie mogą być sprzedawane oddzielnie.

**Odp.: TAK, Zamawiający oczekuje wyceny za 1 opakowanie zawierające 100szt.**

102. Zestaw nr 14, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości fartuchów w rozbiciu na kolory – zgodnie z formularzem cenowym: 2000 szt. w kolorze białym, 2000 szt. w kolorze zielonym, a całkowita ilość to 6000 sztuk).

**Odp.: Zamawiający wymaga fartuchów: 2000 szt. w kolorze białym, 4000 szt. w kolorze zielonym, a całkowita ilość wynosi 6000 sztuk.**

103. Zestaw nr 14, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, podfoliowanego w części przedniej fartucha. Rękawy zakończone mankietem szer. 5 cm, długość fartucha 115 cm, wiązany na troki.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



104. Zestaw nr 18, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji śliniaków ochronnych, wykonanych z dwóch warstw bibuły przedzielonych i wzmocnionych warstwą folii PE z trokami w górnej części pozwalają na zawiązanie śliniaka, dolna część śliniaka zakończona kieszenią. Produkt dostępny w 7 kolorach. Rozmiar 38 cm x 48 cm + kieszeń 14 cm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

105. Zestaw nr 18, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji śliniaków w rozmiarze 38 x 60 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

106. Zestaw nr 18, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji podkładów w rozmiarze 70 x 180 cm, z wkładem chłonnym, z zakładkami do położenia pod materac, folia całopowierzchniowo pokryta włókniną, chłonność 1750 ml, pakowanych po 30 szt.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

107. Zestaw 25, poz. 6 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy kompatybilnego?

**Odp.: Zamawiający oczekuje papieru kompatybilnego.**

108. Zestaw 25, poz. 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do badań Holtera o wymiarach 56mm x 42mm, z żelazem stałym.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

109. Zestaw 25, poz. 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do badań Holtera o wymiarach 55mm x 35mm, z żelazem ciekłym.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

110. Zestaw 25, poz. 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do badań Holtera o wymiarach 51mm x 43mm, z żelazem ciekłym.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

111. Zestaw 25, poz. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do badań EKG o średnicy 48mm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

112. Zestaw 25, poz. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do badań EKG o średnicy 32mmx41mm, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

113. Zestaw 26, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy wycenić 30 rolek (na rolce znajduje się 25 pasków stazy) czy też 30 sztuk (pasków)?

**Odp.: Zamawiający oczekuje wyceny 30szt.**

114. Zestaw nr 27, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji spodenek do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

115. Zestaw nr 27, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji spodenek do kolonoskopii w rozmiarze M/L + XL/XXL, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

116. Zestaw nr 27, poz. 8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w ww. pozycji ma myśli myjki w formie rękawicy czy myjki w formie prostokąta? Jeżeli wymaga myjek w formie rękawicy prosimy o doprecyzowanie, czy wymaga gramatury 100g/m<sup>2</sup> czy 50g/m<sup>2</sup>?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, w przypadku rękawic oczekuje gramatury 100g/m<sup>2</sup>.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chróścicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



117. Zestaw 27, poz. 9 Prosimy o dopuszczenie możliwości przyjęcia za jednostkę miary op.=80szt. i odpowiednie przeliczenie ilości zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale III, pkt. 8 SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

118. Zestaw 27, poz. 9 Prosimy o dopuszczenie możliwości przyjęcia za jednostkę miary op.=75szt. i odpowiednie przeliczenie ilości zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale III, pkt. 8 SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

119. Zestaw nr 27, poz. 25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS w składzie: poszwa 210x150cm, poszewka 70x80cm, prześcieradło 200x150cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

120. Zestaw 1 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

121. Zestaw 1 poz. 5 Prosimy o dopuszczenie strzykawk do insuliny z nakładana igłą na strzykawkę, która nie jest osobno w opakowaniu.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

122. Zestaw 1 poz. 7 Prosimy o dopuszczenie igieł w krótko ściętych. Pozostałe z SIWZ.

**Odp.: Zapisy pozostają jak w SIWZ.**

123. Zestaw 1 poz. 8-9 Prosimy o dopuszczenie w/w pozycjach igieł od różnych producentów. Państwa zgoda pozwoi na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

124. Zestaw 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie igły do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z ścięciem pod kątem 45 stopni.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

125. Zestaw 1 poz. 9 Prosimy o dopuszczenie igły w klasie wyrobów medycznych II a.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

126. Zestaw 1 poz. 12 Prosimy o dopuszczenie strzykawk pakowanych po 50 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

127. Zestaw 1 poz. 10, poz. 11-Prosimy o dopuszczenie strzykawk w rozmiarze 50/60 ml

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

128. Zestaw 1 poz. 12-14 Prosimy o dopuszczenie strzykawk w rozmiarze 20/22 ml, 10/12 ml, 5/6 ml

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

129. Zestaw 1 poz. 16 Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki od innego producenta niż w pozycji 12-15. Państwa zgoda pozwoi na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

130. Zestaw 1 poz. 16 Prosimy Zawijanego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoi na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

131. Zestaw 1 poz. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową długości 62 mm z igłą ściętą standardowa (stożkowo).Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**



SCM sp. z o. o.

## STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup  
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno  
-Reumatologiczny w Kup  
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny  
w Pokoju  
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium  
w Chrósćicach (POZ)  
Tel/fax 77/469-52-35



132. Zestaw nr 1 poz. 20 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów w opakowaniu typu folia. Jest ono bowiem szczelniejsze, lepiej chroniące niż papier – folia.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

133. Zestaw 1 poz. 27-31 Prosimy Zawijanego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

134. Zestaw nr 2 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z PTFE z 2 paskami widocznymi w promieniach RTG z logo producenta na opakowaniu jednostkowym, z automatycznym plastikowym zabezpieczeniem z trzpieniem powyżej krawędzi korka.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

135. Zestaw nr 2 poz. 7-8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji o/z wykonanego z poliwęglanu.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

136. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 26 z Zestawu 1 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**

137. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, należy dołączyć w ustawowym terminie!**

138. Dot. zestawu nr 5, poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

139. Dot. zestawu nr 5, poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm<sup>2</sup> zgodnie z normą PN 868?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

140. Dot. zestawu nr 5, poz. 1-3 Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

141. Dot. zestawu nr 5, poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie torebek papierowo-foliowych do sterylizacji w rozmiarze 90 x 230 mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

PROKURENT SAMOISTNY

mgr *Sonia Cebula*