



Kup, dn. 4 września 2022 r.

## Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **dostawy tlenu medycznego ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika tlenowego oraz dostawa tlenu medycznego sprężonego i dwutlenku węgla medycznego wraz z dzierżawą butli.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Rozumiemy, że zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT ma być zainstalowany najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Prosimy o potwierdzenie?  
**Odp.: Zbiornik wraz z parownicą oraz odbiorami UDT musi być zainstalowany najpóźniej w ciągu 24 godzin od podpisania umowy.**
2. Czy parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika, czy Zamawiający posiada oddzielny fundament pod parownicę?  
**Odp.: Parownica ma być zainstalowana na płaszczu zbiornika.**
3. Proszę o usunięcie wymogu mycia zbiornika. Niepotrzebnie bardzo znacząco podnosi to wartość oferty a Zamawiający we własnym zakresie może wykonać tę czynność o wiele taniej. To Zamawiający winien dbać o estetykę i czystość powierzonego mu mienia. Równocześnie prosimy o wykreślenie ze wzoru Umowy § 6 ust 8.  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu mycia zbiornika.**
4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w zwykłe/standardowe zawory.  
**Odp.: Zamawiający żąda dostaw gazów w butlach wyposażonych w standardowe zawory.**
5. Proszę o zmiany w Umowie:
  - a) Proszę o zmianę brzmienia § 3 ust 5 na „Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień wpływu środków na konto Wykonawcy”.  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.**
  - b) Proszę o wykreślenie z § 2 ust. 6 i 7 oraz § 3 ust. 6.  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.**
  - c) W § 5 ust 1/1 proszę o zmianę z „przedmiotu umowy brutto” na „niezrealizowanej części umowy brutto”. Kara swym zasięgiem nie może obejmować należycie wykonanej części Umowy.  
**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie.**
  - d) Proszę o dodanie w § 6 ust 9 i 10 po słowie „WINY” zwrotu „LUB ZANIEDBANIA”.  
**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w projekcie umowy w powyższym zakresie. Zwrot „LUB ZANIEDBANIA” zostanie dodany do zapisów umowy.**

PROKURENT SAMOISTNY  
mgr Sonia Cebulla