



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 2 października 2018r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wysokospecjalistycznego sprzętu dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup.
Nr sprawy ZP/8/2018.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne części zamówienia? Pozwoli to na złożenie ofert dla większej ilości Wykonawców, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności ofert.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Poz. 9 myjka ultradźwiękowa - Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści myjkę ultradźwiękową o częstotliwości 50 Hz?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowania elementów wyposażenia, które nie są wyrobami medycznymi (stawka VAT 23%) takich jak np. zmiękcacz wody do myjni, rejestrator parametrów mycia i dezynfekcji i nie będzie wymagał dla nich dokumentów określonych w SIWZ pkt. III.6?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy ww. przypadku Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie pozycji z wyrobami niemedyicznymi (inna stawka VAT niż wyrobów medycznych)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dot. poz. Nr 8 pkt. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni z przeglądami technicznymi raz na rok lub co 2000 rbh (zgodnie z zaleceniami producenta)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego ale wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017r.?

Odp.: Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego, dopuszcza rok produkcji 2017 w przypadku:

- Myjnia na dwa endoskopy giętkie – poz. nr 5 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,**
- Myjka na jeden endoskop, automatyczna – poz. nr 8 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,**
- Myjka ultradźwiękowa – poz. nr 9 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,**
- Szafa do przechowywania endoskopów – poz. nr 11 formularza cenowego.**

W pozostałych przypadkach, Zamawiający wymaga sprzętu fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2018.





SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chrósćicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



7. Dotyczy załącznika nr 7 – projektu umowy § 3 ust. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „1. Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z tytułu zrealizowanej dostawy, nastąpi w formie przelewu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy, wyraża się kwotą w wysokości: wartość netto: zł, wartość brutto (wraz z VAT):zł; słownie wartość brutto (wraz z VAT):.....”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów.

8. Dotyczy załącznika nr 7 – projektu umowy § 4 ust. 4 i 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów o klauzulę: „ (...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów.

9. Dotyczy załącznika nr 7 – projektu umowy § 5 ust. 1 i 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej odpowiedni z 5% na 2% oraz z 0,5% na 0,2%?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów.

10. Dotyczy załącznika nr 7 – projektu umowy § 5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy, po przedstawieniu noty obciążeniowej.”

Odp.: Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu.

11. Dotyczy załącznika nr 7 – projektu umowy § 5 - Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego?

Odp.: Zamawiający nie odstąpi od naliczania kar umownych w ww. przypadku.

12. Dotyczy załącznika nr 7 – projektu umowy § 5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „W sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 6, Zamawiający po bezskutecznym pisemnym wezwaniu wykonawcy do należytej realizacji umowy będzie miał nadto uprawnienie do nabycia u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy taki sam przedmiot, zachowując w obu wypadkach roszczenie zapłatę kar umownych i o naprawienie szkody wynikłej ze zwłoki.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę ww. zapisów.

13. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego pakietu następujących pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu:

nr 1: WIDEOGASTROSKOP HD – 2 szt.

nr 2: Procesor wideo HD – 3 szt.

nr 3: Monitor – 3 szt.

nr 4: Wózek medyczny do toru wizyjnego – 3 szt.

nr 6: WIDEOKOLONOSKOP HD – 1 szt.

nr 7: INSULFLATOR – 1 szt.

nr 10: BRONCHOWIDEOSKOP HD – 1 szt.

Obecna konfiguracja wyspecyfikowanych sprzętów uniemożliwia złożenie oferty więcej niż jednej firmie, a co za tym idzie ogranicza konkurencyjność w zamówieniach publicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

14. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskopy HD pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Grubość sondy endoskopowej – 9,8 mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Colly



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



15. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskop HD pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowano: Grubość końcówki sondy endoskopowej –10,8 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskop HD pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Głębokość ostrości od 5-100 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

17. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskop HD pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210°, D:120°, L:120°, P:120°

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

18. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskop HD pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Długość sondy roboczej - 1050mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

19. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskop HD pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Aparat w pełni zanurzalny, nie z zastosowaniem nakładek w celu ochrony styków elektrycznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

20. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskop HD pkt. 11 - Czy zamawiający dopuści aby zaoferowano: Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora 3?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

21. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 1 – Wideogastroskop HD - Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowano Wideogastroskop z kanałem do sfluwowania pola obserwacji tzw Water-Jet?

Odp.: Zamawiający nie oczekuje.

22. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści: Standard obrazowania w wysokiej rozdzielczości SXGA?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

23. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału: DVI, VGA, RGB, Y/c x 2, VIDEO SYNC?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

24. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści wyjścia komunikacyjne: RS232C, RJ45?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

25. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 5 - Czy Zamawiający dopuści intuicyjne Menu funkcyjne oraz komunikaty procesora w języku angielskim?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Handwritten signature



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



26. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wpisywania danych pacjenta min imienia i nazwiska PESEL?

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości używania polskich znaków diakrytycznych.

27. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 7 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano dedykowany wysokiej klasy niemedyczny USB Stick ze stawką VAT 23%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści zapis: Zapisywanie zdjęć jako JPEG albo bezstratny TIFF lub BMP?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

29. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści zapis: Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatnienie krawędzi obrazu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

30. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści, aby zaoferowano Videoprocessor kompatybilny z endoskopami posiadającymi zoom optyczny?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

31. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 14 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano zapasową lampę LED, włączona automatycznie w razie awarii lampy głównej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

32. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 15 - Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 4 stopnie od pozycji 0.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

33. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych – Pozycja nr 2 – Procesor wideo HD pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na uruchamianiu videoprocessora i źródła światła jednym przyciskiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

34. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Wideokolonoskop HD pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Średnicę sondy endoskopowej – 13,2 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

35. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Wideokolonoskop HD pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Średnicę końcówki sondy endoskopowej – 13,2 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

36. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Wideokolonoskop HD pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Głębnię ostrości 5- 100 mm.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

oem



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



37. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Wideokolonoskop HD pkt. 8 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Ilość przycisków na głowicy endoskopu, dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora 3?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

38. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Wideokolonoskop HD pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Aparat w pełni zanurzalny, nie z zastosowaniem nakładek w celu ochrony styków elektrycznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

39. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Wideokolonoskop HD pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Długość sondy roboczej 1500 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

40. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Wideokolonoskop HD pkt. 11 - Czy zamawiający dopuści aby zaoferowano rozwiązanie równoważne polegające na Dzielonej sztywności wziernika w 3 odcinkach wyposażonej w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwi kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

41. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 6 – Insuflator pkt. 3 i 5 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano rozwiązanie równoważne polegające na zastosowaniu adaptera do butelki w współpracującej z torem wizyjnym bez konieczności stosowania dodatkowej butelki?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

42. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 10 – Bronchowideoskop HD pkt. 1 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano Średnica sondy endoskopowej – 6,4 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

43. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 10 – Bronchowideoskop HD pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 6,1 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

44. Dotyczy załącznika nr 3 – zestawienie parametrów technicznych - Pozycja nr 10 – Bronchowideoskop HD pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano: Aparat w pełni zanurzalny, nie z zastosowaniem nakładek w celu ochrony styków elektrycznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.

PROKURENT SAMOISTNY


mgr Sławomir Cebulla