



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



OPOLSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kup, dn. 9 października 2018r.

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup. Nr sprawy ZP/9/2018.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy pozycji nr 1: SSAK PRZENOŚNY - Czy Zamawiający dopuści ssak o następujących parametrach:

1. Przenośny ssak elektryczny
2. Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka
3. Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca
4. Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji.
5. Maksymalna wydajność **30l/min**
6. Zakres regulacji **20-85 kPa**
7. Pobór mocy do 150 VA
8. Filtr antybakteryjny
9. Tryb pracy – praca ciągła
10. Swobodny wybór pomiędzy przełącznikiem ręcznym i nożnym podczas regulacja siły ssania.
11. Regulator ciśnienia
12. Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG
13. **Jeden** transparentny pojemnik, nietłukące z podziałką o pojemności 2000 ml z pokrywą z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym.
14. Możliwość stosowania zbiorników o pojemności 1000 ml oraz zbiorników (wkładów) jednorazowych
15. Wymiary max urządzenia (szer. x głęb. x wys.) **400mm x 160mm x 300mm** (+/- 10mm)
16. Waga urządzenia nie większa niż 5,5 kg (+/-0,2kg)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza - zapisy pozostają jak w SIWZ.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2. Dotyczy pozycji nr 1: **SSAK PRZENOŚNY - Czy Zamawiający dopuści ssak o następujących parametrach:**

1. Przenośny ssak elektryczny
2. Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka
3. Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca
4. Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności, łatwa do dezynfekcji.
5. Maksymalna wydajność **30l/min**
6. Zakres regulacji **20-85 kPa**
7. Pobór mocy do 150 VA
8. Filtr antybakteryjny
9. Tryb pracy – praca ciągła
10. Swobodny wybór pomiędzy przełącznikiem ręcznym i nożnym podczas regulacja siły ssania.
11. Regulator ciśnienia
12. Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG
13. Dwa transparentne pojemniki, nietłukące z podziałką o pojemności 2000 ml w tym jeden z pokrywą z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym
14. Możliwość stosowania zbiorników o pojemności 1000 ml oraz zbiorników (wkładów) jednorazowych
15. Wymiary max urządzenia (szer. x głęb. x wys.) **530mm x 300mm x 370mm**
16. Waga urządzenia **8 kg** (+/-0,2kg)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza - zapisy pozostają jak w SIWZ.

3. Pozycja nr 2: **WÓZEK ZABIEGOWY, PNEUMATYCZNY- 1 szt.** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach:

1.	Długość 21800 mm
2.	Szerokość 780 mm
3.	Wymiary leża : 1950 x 650 mm
4.	Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 570 do 930 mm za pomocą obustronnej dźwigni nożnej
5.	Reg. Pozycji Trendelenburga 15 st. i anty – Trendelenburga 12 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą
6.	Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. 60 mm
7.	Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krażków odbojowych
8.	Wózek wyposażony w lakierowane bariereki boczne
9.	Regulacja segmentu pleców do 80 st. Za pomocą sprężyny gazowej

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza - zapisy pozostają jak w SIWZ.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNEspółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

4. **Pozycja nr 2: WÓZEK ZABIEGOWY, PNEUMATYCZNY- 1 szt.** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach:

1.	Długość 2150 mm
2.	Szerokość 880 mm
3.	Wymiary leża : 1930 x 630 mm (+/- 20 mm)
4.	Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 570 do 990 mm za pomocą obustronnej dźwigni nożnej
5.	Reg. Pozycji Trendelenburga 10 st. i anty – Trendelenburga 0 st. Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą
6.	Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. 50 mm
7.	Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych
8.	Wózek wyposażony w chromowane barierki boczne
9.	Regulacja segmentu pleców od - 25 do 60 st. Za pomocą sprężyny gazowej
10.	Pod leżem tunel na kasetę RTG
11.	Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem
12.	4 koła jezdne o średnicy 125 mm, wykonane z tworzywa z blokadą centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczone kolorystycznie

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza - zapisy pozostają jak w SIWZ.

5. Dotyczy pozycja nr 5 - Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą kół, uruchamianą za pomocą dźwigni nożnych oznaczonych wyraźnie z kolorystycznymi wskaźnikami pozycji zablokowanej i odblokowanej, dzięki czemu personel może intuicyjnie ocenić stan blokady kół zatem łóżko nie posiada alarmu odblokowanych kółek, gdyż jest to rozwiązanie zbędne w tym przypadku.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza - zapisy pozostają jak w SIWZ.

6. Pozycja 1 - Dostawa przenośnego ssaka elektrycznego – pkt. 15 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy przenośny ssak elektryczny o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 440mm x 310mm x 300mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Pozycja 1 - Dostawa przenośnego ssaka elektrycznego – pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy przenośny ssak elektryczny o wadze urządzenia wraz akcesoriami 12 kg?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU

Marek Drobik