



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



OPOLSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kup, dn. 23 października 2018r.

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego. Nr sprawy ZP/11/2018.

W związku z zaistniałymi omyłkami pisarskimi, Zamawiający wprowadza modyfikacje w SIWZ:

a) Rozdz. VII, ust. 5 - otrzymuje brzmienie:

„5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ tj. ZP/11/2018.”

b) Rozdz. X, ust. 9 - otrzymuje brzmienie:

„9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego w SEKRETARIACIE i oznakować w następujący sposób:

**SCM Sp. z o. o., ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
„specjalistyczny sprzęt medyczny
nr sprawy: ZP/11/2018
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert
w dniu 25 października 2018r. o godz. 11:15”**

i
o
p
a

trzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

c) Załącznik nr 2 do SIWZ, w tytule powinno być:

„FORMULARZ CENOWY. Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego.”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści w zestawie nr 3, poz. 1 koncentrator tlenu o wymiarach (dł. X szer. X wys.) 30,4 cm x 34,2 cm x 62,6 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji **„HOLTER EKG - rejestrator”** oraz **„HOLTER ciśnieniowy- rejestrator”** z Zestawu 1 na rzecz oddzielnego Zestawu w celu otrzymania alternatywnej oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie powyższych pozycji.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji **„Pompa infuzyjna”, „System monitorowania parametrów życiowych do Sali IT”** oraz **„Kardiomonitor”** z Zestawu 2 na rzecz oddzielnego Zestawu w celu otrzymania alternatywnej oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie powyższych pozycji.



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



OPOLSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4. Czy Zamawiający w zadaniu **"Pompa infuzyjna"** wymaga 4 pomp jednostrzykawkowych z możliwością łączenia w zestaw, czy 8 pomp jednostrzykawkowych?

Odp.: Zamawiający wymaga 8 pomp jednostrzykawkowych z możliwością łączenia w moduły, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.

5. Czy Zamawiający w zadaniu **"HOLTER EKG - rejestrator"** wymaga jednego systemu holterowskiego z 3 rejestratorami?

Odp.: Zamawiający wymaga 3 rejestratorów z trzema systemami holterowskimi.

6. ZESTAW nr 1, Pozycja 1 – aparat EKG z wózkiem, pkt. 27 - Czy Zamawiający dopuści wózek jezdny z jedną półką z dwiema przegródkami, z możliwością blokady kół, wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do przewozu aparatu EKG ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. ZESTAW nr 2, Pozycja 1 – defibrylator z wózkiem, pkt. 35 - Czy Zamawiający dopuści stojak jezdny zestawu nierdzewnej, na podstawie jednej z możliwością blokady kół, z półką do zamocowania defibrylatora z możliwością szybkiego wypięcia, oraz koszem na akcesoria?"

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PROKURANT SAMOISTNY


mgr Soma Cebulla