



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 31 października 2018r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia dla Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Kup. Nr sprawy ZP/14/2018.

W związku z zaistniałymi omyłkami pisarskimi, Zamawiający wprowadza modyfikacje w SIWZ:

Rozdz. XII, ust. 2, pkt. 3) otrzymuje brzmienie:

„W zakresie kryterium **termin dostawy (D)** - **nie krótszy niż 2 tygodnie i nie dłuższy niż 5 tygodni** - oferta, w której zaproponowany termin dostawy towaru, wyrażony w tygodniach liczonych od dnia podpisania umowy, będzie wynosił **2 tygodnie** otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, wg wzoru:”

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Ponadto, w odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pozycja nr 2 – Stół rehabilitacyjny:

1. Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści regulację wysokości 45-95 cm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pkt. 3 opisu dopuści podglówek regulowany w zakresie -80° do 45° co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści szerokość 68 cm, długość 195 cm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pkt. 7 opisu dopuści obciążenie do 200 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.





SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chrościcach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Pozycja nr 1 - Łóżko z materacem i szafka przyłóżkową – 23 kpl.:

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o rozstawie kół/wymiarach podwozia 160 x 63 cm? Zaproponowane parametry nie tylko gwarantują odpowiednią stabilność leża w każdym położeniu, ale też wygodę prowadzenia łóżka i wszelkich prac związanych z opieką nad pacjentem, gdyż personel nie zahacza stopami o koła lub blokadę centralną.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym gładkimi, tworzywowymi, lekkimi panelami, po jednym panelu w każdym segmencie, bez wytłoczonej informacji graficznej dotyczącej kierunku montażu, gdyż każdy z czterech paneli pasuje tylko w jedno miejsce?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w estetyczne, tworzywowe koła o średnicy 150 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wygodne w obsłudze, tworzywowe, dzielone barierki boczne z możliwością ich niezależnego opuszczania lub podnoszenia jedną ręką, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (również w pozycji siedzącej)?

9. **Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

PROKURENT SAMOISTNY

mgr Sonia Cebulla