



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 6 listopada 2018r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35

Do wiadomości

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala w Kup. Nr sprawy ZP/15/2018.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. ZESTAW nr 3 - Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu z racji, że aparat do laseroterapii ze skanerem jest już na statywie jezdny bez konieczności przekładania go na osobny stolik zrezygnuje ze stolika pod aparat z kółkami jezdnyymi?

Odp.: Zamawiający zrezygnuje ze stolika pod aparat z kółkami jezdnyymi pod warunkiem, że aparat do laseroterapii ze skanerem jest już na statywie jezdny bez konieczności przekładania go na osobny stolik.

2. ZESTAW nr 1 - Pozycja 1 – aparat EKG z wózkiem, pkt. 27 - Czy Zamawiający dopuści wózek jezdny z jedną półką z dwiema przegródkami, z możliwością blokady kół, wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do przewozu aparatu EKG?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. ZESTAW nr 1 - Pozycja 2 – defibrylator z wózkiem – pkt. 30 - Czy Zamawiający dopuści stojak jezdny ze stali nierdzewnej, na podstawie jezdnej z możliwością blokady kół, z półką do zamocowania defibrylatora z możliwością szybkiego wypięcia, oraz koszem na akcesoria?"

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Zadanie nr 5 - negatoskop - Prosimy o odstąpienie od wymogu montażu i uruchomienia negatoskopu (zadanie nr 5). Razem z dostawą urządzenia będzie dostarczona instrukcja obsługi według której użytkuje się urządzenia. Natomiast koszty dojazdu serwisu oraz roboczogodzin znacznie podwyższą cenę oferty.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu montażu i uruchomienia negatoskopu pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów opisanych w SIWZ.

PREZES ZARZĄDU

Małgorzata Drobińska
Małgorzata Drobińska

