



SCM sp. z o. o.

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Tel.77/403-28-50; fax.77/403-28-53; sekretariat@szpital-kup.eu; www.szpital-kup.eu

Kup, dn. 23 listopada 2018r.

Szpital Pulmonologiczno
-Reumatologiczny w Kup
tel.77 403-28-50

Szpital Rehabilitacyjny
w Pokoju
Tel.77/406-54-50

Ambulatorium
w Chróścicach (POZ)
Tel/fax 77/469-52-35



Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż **MYJNI-DEZYNFEKTORA**.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dot. pkt. 3- Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia była wyposażona w drzwi otwierane automatycznie np. przy pomocy pedału nożnego? Rozwiązanie takie bardzo podnosi ergonomię obsługi urządzenia, minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości w trakcie załadunku, przez co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w jednostce Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowana myjnia była wyposażona w drzwi otwierane automatycznie np. przy pomocy pedału nożnego.

2. Dot. pkt. 7- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 2 niezależne od siebie czujniki, które nie są umieszczone na spodzie komory? Norma PN-EN 15883 wymaga by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych do zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Wymóg by znajdowały się one na dole komory jednoznacznie wskazuje na konstrukcję jednego z producentów myjni - firmy MEIKO, co naraża Zamawiającego na niepotrzebne koszty.

Odp. Zgodnie z zał. nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych

3. Dot. pkt 9- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 2 niezależne od siebie czujniki, które nie są umieszczone na spodzie komory? Norma PN-EN 15883 wymaga by czujniki były umieszczone w najtrudniejszych do zbadania miejscach. Miejsca te ustala producent urządzenia na podstawie konstrukcji i kształtu komory. Wymóg by znajdowały się one na dole komory jednoznacznie wskazuje na konstrukcję jednego z producentów myjni - firmy MEIKO, co naraża Zamawiającego na niepotrzebne koszty.

Odp. Pkt 9 dotyczy pojemności komory myjni.

4. Dot. pkt. 10- Czy Zamawiający ma na myśli certyfikat niezależnej instytucji badawczej? Prosimy o dopuszczenie usuwania spor ze środkiem sporobójczym lub też o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający ogranicza taką możliwość.

Odp. Zgodnie z zał. nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych.

5. Dot. pkt. 12- Prosimy o dopuszczenie pompy wody o parametrach lepszych od wymaganych tj. o wydajności 250 l/min i mocy 730W.

Odp. Zgodnie z zał. nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych.

6. Dot. pkt. 18- Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach 475x545x1630 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza wymiary 475 x 545 x 1630 mm.

7. Dot. pkt. 21- Prosimy o dopuszczenie myjni o głośności 51dB.

Odp. Zamawiający dopuszcza 51 dB.

8. Dot. pkt. 23- Prosimy o dopuszczenie poboru mocy dla 1-fazy 3,05kW lub dla 3-fazowej 5,05kW co skutkuje przyspieszeniem czasu całego cyklu.

Odp. Zamawiający dopuszcza moc dla 1 fazy 3,05kW oraz dla 3 faz 5,05 kW.

9. Dot. pkt. 31- Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza dwa rodzaje suszenia - konwekcyjne i mechaniczne (wymuszonym strumieniem powietrza) i traktuje je równorzędnie prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonych w konwekcyjny system suszenia. System ten nie wymaga stosowania filtrów HEPA, które wymagają regularnej wymiany, a co za tym idzie na znacznie tańszą eksploatację urządzenia.

Odp. Zgodnie z zał. nr 2 - Zestawienie parametrów technicznych.

10. Dot. pkt. 31- Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał suszenia nawiewowego strumieniem powietrza myjnia, zgodnie z zapisami p. 4.5.3 normy PN-EN ISO 15883-1 powinna być wyposażona w filtr HEPA klasy min. H14?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

KIEROWNIA DZIAŁU
HIGIENY I EPIDEMIOLOGII

dr Beata Denisiewicz
specjalista z zakresu
pielęgniarstwa epidemiologicznego

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000514922 NIP: 9910498289 REGON: 530938517

Wysokość kapitału zakładowego: 11 900 000 PLN (w pełni wpłaconego)

Numer Rachunku Bankowego: 67 1540 1229 2001 4603 4005 0001