



Kup, dn. 30 września 2019r.

Do wiadomości

Dot.: zapytania ofertowego w sprawie **wideobronchoskopu**.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dot. Parametrów tech. wideobronchoskopu pkt 2.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średnicy sondy endoskopowej 6,4 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. Parametrów tech. wideobronchoskopu pkt 2. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średnicy końcówki sondy endoskopowej 6,1 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Dot. Parametrów tech. wideobronchoskopu pkt 2.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu w pełni zanurzalnego z zastosowaniem nakładki dla ochrony styków elektrycznych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Zwracamy się z prośbą o podanie typu procesora obrazu i źródła światła z jakimi ma współpracować oferowany wideobronchoskop.

Odp.: Źródło i procesor EVIS EXERA CV -190 PIUS i CLU - 190

PREZES ZARZĄDU
Marek Dróbk